

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00045/20 COMPRA POR REG. PREÇOS EXTERNO LICITACAO:
 FORNECEDOR: DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA CODIGO: 2720 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
1	1,0000	UNIDADE	134599	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE PARA ATENDER 1 CONSULTORIO Compressor de ar para uso odontologico isento de oleo; motor com potencia minima de 1,12 hp; deslocamento teorico de 212 litros/minuto ou 7,5 pes; pressao maxima de 120 lbf/pol2, nivel de ruido maximo ate 63 db; desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva; dispositivo de alivio do excesso de pressao, acionada quando a pressao atinge 132 psi; pressostato automatico com chave liga/desliga; reservatorio de ar com capacidade de no minimo 40 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostatica a po; dreno no reservatorio; pes com calcos em borracha que reduzem o nivel de vibracao; manmetro para indicacao da pressao de ar do tanque; manmetro de indicacao de pressao de saida do ar para a rede com regulador de pressao, filtro de ar com dreno para agua e registro para controlar a vazao de ar; comprovacao do tanque que atende as especificacoes de projeto da norma asme (sociedade americana de engenheiros mecanicos), apresentante certificado correspondente; voltagem de alimentacao 127 va ou 20v (a ser definido no pedido); compressor odontologico capacidade para atender 1 consultorio apresentar catalogo original com marca e modelo, com descritivo de todos os produto ofertados, comprovando estar de acordo com o solicitado. registro anvisa		2.790,0000	2.790,00
2	2,0000	UNIDADE	134603	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM- PLETO INSTALADO: Cadeira: cadeira odontologica automatica; sistema ambidestro; partes plasticas em abs injetado com protecao anti-uv; base com ; estrutura construida em aco macico; pintura eletrostatica na cor branca, com debrum de borracha, dispensa fixacao ao piso; movimentos acionados por dois motoredutores eletricos, de baixa tensao com 24volts; articulacao central unica entre assento e encosto; comando de pe fixado a base da cadeira; joystick para subida e descida do assento e encosto; botoes para os movimentos; volta a zero sincronizado; liga e desliga do refletor com quatro intensidades de luz, e tres posicoes de trabalho programaveis pelo profissional com movimentos automaticos e sincronizados de elevacao e inclinacao, regulaveis conforme o biotipo do profissional ; interrupcao dos movimentos automaticos com um simples toque em qualquer comando; estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhoes e chapas de aco dobrado, pintadas com tinta eletrostatica; encosto com			

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00045/20 COMPRA POR REG. PREÇOS EXTERNO LICITACAO:
FORNECEDOR: DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA CODIGO: 2720 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
------	------------	---------	--------	---------------	-------------	--------------------	--------------

estrutura em chapa de aço; braços de apoio para o paciente, sendo um fixo e o outro com abertura lateral com estrutura em metal revestido, na cor cinza em integral skin, material resistente a riscos de superfície e aos produtos usados na desinfecção; altura máxima do assento 900 mm, mínima de 450 mm, ambas acima do piso; comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 650 mm, com espuma especial, com perfil de pvc; capa protetora para os pés removível e lavável; encosto de cabeça com movimento longitudinal e bi-articulado, através de lâmina de aço, e antero-posterior com trava por alavanca, permite atendimento a pacientes especiais; pontos de ligação no piso sob a tampa frontal da cadeira, fusíveis de proteção de rede contra oscilações de tensões e corrente; chave geral todo o conjunto; transformador com seleção de entrada para 110/127/220v, saída - 24 volts.

Equipo:

equipo odontológico acoplado a cadeira; braço articulado, mobilidade horizontal e vertical até 50 cm, com travamento pneumático; sistema ambidestro; partes plásticas produzidas em abs injetado com proteção anti-uv; corpo e demais partes internas metálicas decapadas; pintadas com tinta eletrostática a pó, lisa e de alto brilho; negatoscópio, painel eletrônico de com controles de todos os movimentos da cadeira, e acionamento de luz do refletor; seleção automática das pontas por sistema pneumático, através de bloco de acionamento; módulo dotado de regulagens individuais de ar e água, de fácil manuseio de calibração; mangueiras das peças de mão, lisas, leves e flexíveis; arredondado, com revestimento liso e sem estrias; suporte de pontas para até cinco em peças individuais; terminal de pontas com uma seringa triplice; dois terminais tipo borden, sendo um para o alta rotação e um para o baixa rotação; torneira do spray do alta rotação no próprio corpo do terminal; puxadores na lateral do corpo do equipo; bandeja removível; fabricada em aço inoxidável; válvula reguladora de pressão de ar estabilizada para reservatório de água, sucores, seringa e spray das peças de mão; pedal nico, pneumático, de acionamento progressivo para comando das peças de mão. Unidade auxiliar: unidade auxiliar acoplada a cadeira; rebatível em 90º, permite aproximação do auxiliar ao campo operatorio; sistema ambidestro; partes plásticas produzidas em abs injetado com proteção anti-uv; bacia removível, confeccionada em cerâmica esmaltada, em cor clara, ralo separador de detritos com tampa; sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00045/20 COMPRA POR REG. PREÇOS EXTERNO LICITACAO:
FORNECEDOR: DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA CODIGO: 2720 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
------	------------	---------	--------	---------------	-------------	--------------------	--------------

cuspeadeira;; conduto de agua com redutor de pressao; reservatorios transclidos de 1000 ml para: agua das pecas de mao e seringa triplice; suporte dos sugadores no do corpo da unidade com dois sugadores, sendo um sugador tipo venturi e outro operado atraves de bomba de vacuo, acionados automaticamente mangueiras dos sugadores com engate rapido; ejetor do sistema a vacuo com registro terminal giratorio e engate rapido; tubulacao de agua, ar e esgoto em pvc e poliuretano caixa de esgoto blindada em pvc com respiro e abafador.
Refletor:
refletor odontologico com no minimo 3 leds; cabecote em poliuretano, giro de 620\$, protetor frontal transparente e removivel; puxadores bilaterais com giro de 360\$, removiveis podendo ser colocado em diversas posicoes; permite a colocacao de barreiras, limpeza, desinfeccao e autoclavacao no ciclo de 134sc; liga e desliga realizado no comando de pe e no sensor optico de aproximacao, localizado no cabecote, de facil e rapida programacao da luz, atraves da aproximacao da mao sob o sensor; intensidade luminosa de 10.000, 20.000 e 30.000 lux, que reflete luz, natural igual a do dia; campo de iluminacao, de 8x16 cm a uma distancia de 70 cm do campo operatorio; braco tipo pantografico, confeccionado em aco carbono com, pintura lisa de alto brilho a base de epoxi braco multiarticulado com articulacoes em aco carbono, com 35 para cima ou para baixo; fabricado conforme as normas iec 60601-1: classe i tipo b operacao intermitente e diretiva 93/42: classe i.
Mocho:
mocho odontologico com sistema de elevacao do assento por acao de uma mola e o de descida pressionado pelo peso do usuario; ambos os movimentos sao acionados atraves de uma alavanca de regulagem sub lateral direita; capa do encosto estofada na mesma cor do assento; encosto oscilante com movimentos regulaveis de afastamento e aproximacao, atraves de um manipulo localizado sob a base do assento; cinco rodizios duplos com acabamento cinza fixados nas extremidades do pedestal de sustentacao em fabricado em chapa de aco e revestido em polipropileno cinza, bem como as capas telescopicas do pistao; assento e encosto, estofados anatomicamente, com espuma de alta resiliencia moldada e revestida com perfil de pvc expandido flexivel com forro extra em malha pa e debrum de borracha na cor cinza; estofamento bem consistente, altura maxima de 540 mm e minima de 400 mm e largura do assento de 415 mm; formato anatmico com borda anterior arredondada em forma

RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00045/20 COMPRA POR REG. PRECOS EXTERNO LICITACAO:
FORNECEDOR: DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA CODIGO: 2720 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
				de cascata evita compressao de arterias, veias e nervos; assento e encosto giratorios.			
				Alta rotacao - corpo peca de mao; fabricado em aluminio com tratamento anodizado. autoclavavel a ate 135c. conexao bordem spray triplo rotacao 420.000 rpm rotores precisamente balanceados pressao de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi); peso ideal peso liquido inferior a 32,0 gramas baixo ruido de trabalho. sistema de trocas por acionamento atraves de um botao localizado na parte de tras da cabeca da peca de mao (press button/push button). permite a troca rapida das brocas. dispensa a utilizacao do saca-brocas. resistente a uma tracao que assegura o travamento da broca. alto torque formato ergonmico corpo de espessura fina possui ranhuras antiderrapantes. sistema que assegura a durabilidade da rosca. micromotor - corpo fabricado em aluminio com tratamento anodizado; autoclavavel a ate 135c; ranhuras antiderrapantes e indicacao de sentido no anel de regulagem de rotacao. spray externo simples niple de encaixe para mangueira sistema de refrigeracao externo padrao, e refrigera a regioa de corte da broca em qualquer posicao de trabalho, evitando superaquecimento. conexao bordem rotacao de 5.000 rpm a 20.000 rpm possui regulagem de rotacao/inversao no corpo do micromotor pressao de ar de trabalho 40 libras (psi) acoplamento atraves do sistema intra peso liquido inferior a 83,0 gramas alto torque baixo ruido de trabalho; sistema que assegura a durabilidade da rosca. contra angulo - corpo; fabricado em aluminio com tratamento anodizado; autoclavavel a ate 135c. facil acoplamento sistema intra spray externo simples utiliza-se uma mangueira de silicone externa a peca de mao para a passagem da agua desde o corpo do micromotor ate a extremidade da ponta utilizada. direcionado a ponta da broca. rotacao maxima de 20.000 rpm transmissao 1:1 peso liquido inferior a 50,0 gramas baixo ruido de trabalho brocas fixadas por meio da lamina trava na cabeca do contra angulo. resistente a tracao que assegura o travamento da broca. utiliza brocas standard, haste tipo 1. formato ergonmico possui ranhuras antiderrapantes; cabeca pequena com angulo da peca de mao dentro dos mais rigorosos padroes internacionais. eixos montados com 6 rolamentos. acompanha adaptador para facilitar a lubrificacao. apresentar catalogo original e registro na anvisa. informar na proposta marca e modelo do produto ofertado. o produto ofertado, devera estar descrito no catalogo conforme as especificacoes do edital. registro anvisa. devera apresentar comprovante de			

=====

R E L A C A O D E P R O D U T O S S E L E C I O N A D O S P O R F O R N E C E D O R

PROCESSO.: PRC00045/20 COMPRA POR REG. PRECOS EXTERNO LICITACAO:
 FORNECEDOR: DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA CODIGO: 2720 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
				assistencia tecnica em um raio de 100km.		16.000,0000	32.000,00
3	1,0000	UNIDADE	134604	ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM JATO DE BICARBONATO: aparelho conjugado de ultrassom piezoeletrico para preparo e limpeza biomecanica do canal radicular,profilaxia do calculo e jato de bicarbonato de sodio para remocao do biofilme nao mineralizado; painel de comando digital com led indicativo de funcionamento, comandos atraves de seletores digitais e reguladores; tecla seletora de funcoes programaveis para perio, endo e scalling; regulador da variacao ultrassnica, em dez estagios permite mais ou menos potencia; regulador do fluxo de agua da bomba peristaltica com ajuste fino possibilitando tambem o trabalho a seco na condensacao de amalgama, cimentacao de onlays/inlays e tecla reguladora fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato; bomba peristaltica com micromotor eletrico; tanque de reservatorio do liquido irrigante com capacidade de 1l acoplado e removivel, confeccionado em policarbonato transparente, com led; peca de mao do ultrassom com transdutor piezoeletrico com quatro pastilhas de ceramicas, gerando vibracoes ultrassnicas de 30 khz; duas capas protetoras do transdutor e esterilizaveis em autoclave ate 135 ºc; acompanha tres pontas com rosca externa para remocao do calculo e duas chaves para fixacao dos insertos, com prolongador de protecao; peca de mao do jato de bicarbonato removivel e esterilizavel em autoclave; ponteira com difusor concentrico que efetua a mistura de ar, agua e bicarbonato, a uma pequena distancia da ponta, evitando entupimento da mesma; reservatorio de bicarbonato de sodio confeccionado em policarbonato; pedal nico de acionamento para o ultrassom e jato de bicarbonato de sodio; potencia 60va; tensao de alimentacao 127/220v - 60hz. devera vir acompanhado de pontas. pontas extras (a serem escolhido o modelo) , total de 40 pontas apresentar catalogo original e registro na anvisa. informar na proposta marca e modelo do produto ofertado.		2.590,0000	2.590,00

=====

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 37.380,00